

SỞ Y TẾ HUNG YÊN
TTYT HUYỆN VĂN LÂM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 156/TTYT-DVTTYT

Văn Lâm, ngày 01 tháng 12 năm 2023

"V/v đề nghị thẩm định giá gói thầu mua sắm
Máy nội soi tai mũi họng năm 2023 của Trung
tâm y tế huyện Văn Lâm"

Kính gửi: Các Công ty thẩm định giá tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016; Thông tư 14/2022/TT-BYT ngày 06/12/2022 của Bộ Y tế Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành; Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 của Bộ Y tế Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị; Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 03/2015/QĐ-UNND ngày 28/1/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ Quyết định số 285 /QĐ-TTYT ngày 13/11/2023 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm về việc phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật gói thầu mua sắm máy nội soi tai mũi họng năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm;



Để có căn cứ xây dựng dự toán cho gói thầu mua sắm máy nội soi tai mũi họng năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm, Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm kính mời các công ty thẩm định giá tham gia thẩm định giá gói thầu của đơn vị với danh mục như sau:

(có phụ lục chi tiết kèm theo)

Thời gian nhận công văn xin tham gia thẩm định giá: Từ ngày ra thông báo đến trước 15h00 ngày 05/12/2023.

+ Người liên hệ: Nguyễn Thị Kim Thanh

+ Số điện thoại: 0966969589

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổng thông tin điện tử (để đăng tải)
- Lưu: VT, D-TTB-VTYT



Nguyễn Thị Tâm




TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĂN LÂM



PHỤ LỤC: DANH MỤC, CẤU HÌNH, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT MÁY NỘI SOI TẠI MŨI HỌNG

STT	Tên hàng hóa	Cấu hình, tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy nội soi tai - mũi - họng	<p>CẤU HÌNH:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Camera: 01 chiếc - Bộ xử lý hình ảnh Full HD: 01 chiếc - Nguồn sáng: 01 chiếc - Dây dẫn sáng: 01 chiếc - Ống nội soi 70o: 01 chiếc - Ống nội soi 0o: 01 chiếc - Xe để máy: 01 chiếc - Màn hình hiển thị: 01 chiếc <p>THÔNG SỐ KỸ THUẬT</p> <p>1. Camera</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình ảnh 1/2.8” SONY CMOS - Độ phân giải Full HD: 1920 x 1080 pixels - Có 2 nút bấm Phóng to thu nhỏ hình ảnh và Capture - Cáp kết nối: Dài khoảng 3m. <p>2. Bộ xử lý hình ảnh Full HD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn điện: AC220V/50Hz - Công suất: 60W - Video out : 4-HDMI, 1-Composite AV - Chức năng cân bằng trắng WB, dừng hình bằng tay hoặc pedan - Chức năng phóng to thu nhỏ hình ảnh - Chức năng chụp 1 hình, lật gương - 5 nút điều hướng vào menu OSD tùy chỉnh - Chức năng điều chỉnh tăng màu - Chức năng lấy nét theo điểm hoặc toàn vùng soi - Kích thước/ Trọng lượng: (300x330x90)mm/ ~3,5kg <p>3. Nguồn sáng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn điện 220V/50Hz - Công suất tiêu thụ: 100W - Kiểu bóng: LED - Nhiệt độ màu: 6500K - Chức năng hiển thị cường độ sáng - Chức năng điều chỉnh cường độ sáng - Chức năng hiển thị mức 80% sáng khi bật - Tuổi thọ bóng: ~50,000 giờ - Chuẩn đầu cắm sáng: Storz /Wolf - Kích thước/Trọng lượng: (330x 330x 	Cái	01



		<p>130)mm/~5kg</p> <p>4. Dây dẫn sáng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chiều dài ~2m - Đường kính ống dẫn 4mm - Đường kính ngoài 10mm - Có miếng chống nóng - Chuẩn kết nối: Storz / Wolf <p>5. Ống nội soi 70o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: Ø4mm x 175 mm - Hệ thống quang học len xoay, truyền sáng qua sợi cáp quang tích hợp, có thể khử trùng bằng máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp. <p>6. Ống nội soi 0o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: Ø 3mm x 110 mm - Hệ thống quang học len xoay, truyền sáng qua sợi cáp quang tích hợp, có thể khử trùng bằng máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp. <p>7. Xe đê máy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cột trụ bằng nhôm đúc áp lực anot và sơn tĩnh điện - Bánh xe φ 100mm - Đợt đê máy điều chỉnh được lên xuống - Thùng đồ có ngăn kéo điều chỉnh được lên xuống - Treo Camera, dây sáng điều chỉnh lên xuống - Treo màn hình điều chỉnh lên xuống, ngả, gập, xoay - Có 3 ổ cấp điện 220V có công tắc - Kích thước/ Trọng lượng: (C1350 x R470 x S480)mm/~25Kg <p>8. Màn hình hiển thị</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước màn hình: ~ 27 inch - Công nghệ IPS - Tỷ lệ cạnh: 16:9 - Góc nhìn: 178 độ - Thời gian phản hồi: 5 ms - Độ phân giải 2K: 2560 x 1440 pixels - Độ sáng: 350 cd/m2 - Độ tương phản: 1000:1 - Ngõ vào tín hiệu video: 2*HDMI, 1*DisplayPort - Công suất tiêu thụ: 18-35W 		
--	--	---	--	---