

Số: *110*/TTYT-DVTYT

Văn Lâm, ngày 13 tháng 11 năm 2023

*"V/v mời cung cấp báo giá gói thầu mua sắm Máy nội soi tai mũi
hạng năm 2023 của Trung tâm y tế huyện Văn Lâm"*

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y tế về việc quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm Máy nội soi tai mũi hạng năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tài chính.

Địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Điện Thoại: 0966 696 589

Email: nguyenthikimthanhytcc@gmail.com

- Hình thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính

- Nhận qua email: tochuchanhchinhtaichinhvlhy@gmail.com

- Nhận qua Fax: Không

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 14 tháng 11 năm 2023 đến trước 16h30 phút ngày 24 tháng 11 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục : Phụ lục kèm theo



2. Địa điểm giao nhận, cung cấp hàng hóa: Tại kho của khoa Dược-TTB-VTYT, Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 72 giờ kể từ khi có thông báo đặt hàng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không

- Thanh toán: Thanh toán hợp đồng trong vòng 45 ngày kể từ khi bàn giao nghiệm thu hàng hóa.

Nơi nhận:


- Như trên
- Lưu VT, D-TTB-VTYT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Tâm



STT	Tên hàng hóa	Cấu hình, tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	 Máy nội soi tai - mũi - họng	<p>CẤU HÌNH:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Camera: 01 chiếc - Bộ xử lý hình ảnh Full HD: 01 chiếc - Nguồn sáng: 01 chiếc - Dây dẫn sáng: 01 chiếc - Ống nội soi 70o: 01 chiếc - Ống nội soi 0o: 01 chiếc - Xe để máy: 01 chiếc - Màn hình hiển thị: 01 chiếc <p>THÔNG SỐ KỸ THUẬT</p> <p>1. Camera</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến hình ảnh 1/2.8" SONY CMOS - Độ phân giải Full HD: 1920 x 1080 pixels - Có 2 nút bấm Phóng to thu nhỏ hình ảnh và Capture - Cáp kết nối: Dài khoảng 3m. <p>2. Bộ xử lý hình ảnh Full HD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn điện: AC220V/50Hz - Công suất: 60W - Video out : 4-HDMI, 1-Composite AV - Chức năng cân bằng trắng WB, dừng hình bằng tay hoặc pedan - Chức năng phóng to thu nhỏ hình ảnh - Chức năng chụp 1 hình, lật gương - 5 nút điều hướng vào menu OSD tùy chỉnh - Chức năng điều chỉnh tăng màu - Chức năng lấy nét theo điểm hoặc toàn vùng soi - Kích thước/ Trọng lượng: (300x330x90)mm/~3,5kg <p>3. Nguồn sáng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn điện 220V/50Hz - Công suất tiêu thụ: 100W - Kiểu bóng: LED - Nhiệt độ màu: 6500K - Chức năng hiển thị cường độ sáng - Chức năng điều chỉnh cường độ sáng - Chức năng hiển thị mức 80% sáng khi bật - Tuổi thọ bóng: ~50,000 giờ - Chuẩn đầu cắm sáng: Storz /Wolf - Kích thước/Trọng lượng: (330x 330x 130)mm/~5kg <p>4. Dây dẫn sáng:</p>	Cái	01

	<ul style="list-style-type: none"> - Chiều dài ~2m - Đường kính ống dẫn 4mm - Đường kính ngoài 10mm - Có miếng chống nóng - Chuẩn kết nối: Storz / Wolf <p>5. Ống nội soi 70o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: Ø4mm x 175 mm - Hệ thống quang học len xoay, truyền sáng qua sợi cáp quang tích hợp, có thể khử trùng bằng máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp. <p>6. Ống nội soi 0o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: Ø 3mm x 110 mm - Hệ thống quang học len xoay, truyền sáng qua sợi cáp quang tích hợp, có thể khử trùng bằng máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp. <p>7. Xe đê máy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cột trụ bằng nhôm đúc áp lực anot và sơn tĩnh điện - Bánh xe φ 100mm - Đợt đê máy điều chỉnh được lên xuống - Thùng đồ có ngăn kéo điều chỉnh được lên xuống - Treo Camera, dây sáng điều chỉnh lên xuống - Treo màn hình điều chỉnh lên xuống, ngả, gập, xoay - Có 3 ổ cấp điện 220V có công tắc - Kích thước/ Trọng lượng: (C1350 x R470 x S480)mm/~25Kg <p>8. Màn hình hiển thị</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước màn hình: ~ 27 inch - Công nghệ IPS - Tỷ lệ cạnh: 16:9 <ul style="list-style-type: none"> - Góc nhìn: 178 độ - Thời gian phản hồi: 5 ms - Độ phân giải 2K: 2560 x 1440 pixels - Độ sáng: 350 cd/m2 - Độ tương phản: 1000:1 - Ngõ vào tín hiệu video: 2*HDMI, 1*DisplayPort - Công suất tiêu thụ: 18-35W 		
--	--	--	--

Mẫu báo giá

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá/

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/ khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế" trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế".

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.