

Số: 317/QĐ - TTYT

Văn Lâm, ngày 06 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu: sửa chữa Máy sinh hóa hoàn toàn tự động 600 test/h năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH 13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ- CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Thông tư số 58/2016/TT- BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp;

Thông tư số 68/2022/TT- BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 58/2016/TT – BTC;

Căn cứ Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y tế về việc quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ báo giá của công ty TNHH thiết bị y tế Hamemy;

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-TTYT ngày 30/11/2023 của Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm về việc phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: sửa chữa Máy sinh hóa hoàn toàn tự động 600 test/h năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm;

Căn cứ Biên bản thương thảo số 23HY/BBTT/TTVL-HMM-SUA1, ký ngày 05/12/2023 giữa Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm với công ty TNHH thiết bị y tế Hamemy;

Xét đề nghị của Trưởng khoa Dược - TTB - VTYT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu sửa chữa Máy sinh hóa hoàn toàn tự động 600 test/h năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, như sau:

1. Tên công ty trúng thầu: công ty TNHH thiết bị y tế Hamemy

Địa chỉ: Số 7, ngách 402/7 đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Giá trị gói thầu: 48.400.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn tám triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn)

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

Giá trúng thầu đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển, bàn giao tại kho dược của Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm

2. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.


Điều 2. Giao Khoa Dược - TTB - VTYT, Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính thông báo kết quả trúng thầu và tổ chức thực hiện các nội dung khác theo đúng trình tự quy định của Luật đấu thầu và các văn bản khác có liên quan.

Điều 3. Khoa Dược - TTB - VTYT, phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính, Công ty trúng thầu và các bộ phận liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công thông tin điện tử Trung tâm (để đăng tải)
- Lưu: VT, D-TTB-VTYT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Tâm

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĂN LÂM

PHỤ LỤC: GÓI SỬA CHỮA MÁY SINH HÓA HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG 600 TEST/H

(Kèm theo Quyết định số 317/QĐ-TTYT ngày 06/12/2023 của TTYT huyện Văn Lâm)

STT	Tên máy	Tên linh kiện cần sửa chữa thay thế	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá(đã gồm VAT)	Thành tiền(đã gồm VAT)
1	Máy sinh hóa hoàn toàn tự động 600test/h Model: Pictus 700 Seri: 17095087 Nước sản xuất: Diatron MI Zrt/Hungary	Bảng mạch chính dùng cho máy phân tích sinh hóa tự động Pictus 700. P700 Assembled CPU board	Cái	1	35.900.000	35.900.000
2		Bóng đèn Halogen, công suất 20W, điện áp 12v20w. Halogen lamp 12V20W	Cái	1	6.800.000	6.800.000
3		Cuvet (Cuvette)	Bộ	1	2.700.000	2.700.000
4		Dây bơm. Peristaltic pump tubing	Cái	2	1.500.000	3.000.000
Tổng cộng: 04 khoản						48.400.000